



Automatický dávkovač roztoku s elektronickým řízením

Nastavení automatického dávkovače:

1)perioda mezi dávkami

KP: ON=0,5 hod., nebo OFF=1 hod.

P: 1=1hod., 2=2hod., 3=3hod., 4=4hod. ...9=9hod., A=10 hod.,
B=11 hod., C=12 hod., D=13 hod.,E=14 hod., F=15 hod.

2)doba dávkování (= velikost dávky)

Kd: ON=2sec. nebo OFF=5 sec.

D1=...X100, D2=...X10, D3=...X1

Příklad nastavení : Pro dávku 20 ml a periodu mezi dávkami 4 hod.

Perioda: **KP:** na OFF= 1hod.

P: na 4

Dávka: Poznámka: peristaltické čerpadlo dodá 1 ml / 2sec.

20ml = doba běhu peristaltického čerpadla 40 sec.

Kd: na OFF= 5sec.

D3: na 8 (5x8=40 sec. = 20 ml)